

Dziekan

Nr zamówienia ZZ/221/009/D/2023

Gdańsk, dnia 05.09.2023r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w dniu 04.09.2023 r. wpłynęły zapytania do postępowania na dostawę mieszadła rolkowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr ZZ/221/009/D/2023, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytania:

1. Prosimy o dopuszczenie mieszadła rolkowego z zakresem prędkości od 0 do 70 rpm, które spełnia wszystkie pozostałe wymagania.
2. Prosimy o dopuszczenie mieszadła wyposażonego w rolki o długości 327 mm i średnicy 32 mm.
3. Czy zamawiający dopuści mieszadło rolkowe z nastawą prędkości 10-70rpm?
4. Czy zamawiający dopuści mieszadło z wymiarem rolki: długość 280 mm i szerokość 200 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści mieszadło rolkowe (hematologiczne) o parametrach:

- nastawne pokrętko kołysania (0-80 rpm);
- wymiar rolki 250-300 mm długości i 25-30 mm średnicy;
- ilość rolek: 6 do 10;
- możliwość pracy w trybie ciągłym

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dn. 30.08.2023 r. oraz ma moc wiążącą dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański