



POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-12-45, 347-22-77; Fax: (0-58)341-61-32; E-mail: deans@eti.pg.gda.pl

L.dz.WETI/ 306 /07

Gdańsk, dn. 17.01.2007

Wg rozdzielnika

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY ZP/319/009/D/06, ZP/80/WETI/06

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 29 lutego 2004r. z późn. Zmianami) zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę multimetrów analogowych dla Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej odrzucił ofertę firmy :

MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy
Marcin Murzyn
Ul. Źródłana 4
84-230 Rumia

Uzasadnienie faktyczne:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. III zamawiający wymagał, aby multimetr posiadał funkcję pomiaru prądu stałego z dokładnością nie gorszą niż 2,5%. Wykonawca w złożonej ofercie z dnia 11.01.2007 podał, że oferowany przez niego multimetr umożliwia pomiar prądu z dokładnością $\pm 5\%$.
Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie prawne :

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Rozdzielnik:

1/ wykonawcy, którzy złożyli oferty

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
prof. zw. PG

