

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
tel. +48 58 347 22 05, fax +48 58 347 20 44
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 07.05.2007r.

Nr postępowania: **ZP 07/WILiŚ/2007, CRZP ZP-74/002/D/07**

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i wyposażenia do Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie Art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zmianami), w imieniu Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i wyposażenia do Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, Zamawiający wybrał ofertę firmy:

LABART Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk
tel. 058 323 82 00
fax 058 323 82 05

Cena oferty brutto: 41.119,84 zł
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta z najniższą ceną.

Z postępowania **wykluczono 1 Wykonawcę**: WITKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź.

Podstawa prawna wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 10

Uzasadnienie faktyczne

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na stronie 9, w rozdziale V Zamawiający określił warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

Zamawiający wymagał (rozd. V pkt 1b SIWZ) aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie. Jednocześnie w SIWZ Zamawiający wskazał, że:

„Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - przynajmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością (tj. o wartości brutto nie mniejszej niż wartość składanej oferty) dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

W rozdziale VI w pkt. 1c na stronie 10 SIWZ Zamawiający wymagał w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, załączenia „wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (wartość brutto każdej ze zrealizowanych dostaw nie mniejsza niż wartość składanej oferty) ...”

Wykaz dostaw stanowił załącznik nr 5 do SIWZ.

W załączonym do oferty „Wykazie dostaw” (strona 22 oferty) Wykonawca wykazał trzy dostawy: dwie z nich o wartości większej niż wartość składanej oferty (160.300,00 zł i 60.000,00 zł) i jedną dostawę o wartości niższej niż wartość składanej oferty (30 000,00 zł).

W związku z powyższym Wykonawca nie spełnia postawionego przez Zamawiającego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Ofertę firmy WITKO Sp. z o.o. z Łodzi uznaje się na podstawie Art. 24 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych za odrzuconą.

Z postępowania **odrzucono dwie oferty.**

Oferta nr 1 Merck Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178 02-486 Warszawa

Podstawa prawna: art.89 ust. 1 pkt 2.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

W rozdziale II SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w pkt. 5 Zamawiający wymagał aby pompa próżniowa objęta była okresem gwarancji wynoszącym co najmniej 24 miesiące.

W ofercie Wykonawca zaoferował 12 m-cy gwarancji na oferowaną pompę próżniową.

Zamawiający stwierdził również niezgodność parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

Termostat z chłodzeniem

wymagana moc grzewcza: minimum 2000 W

moc grzewcza oferowanego termostatu 1500W

Mieszadło mechaniczne o dużej prędkości

wymagany zakres prędkości: min. od 40 do 2000 obr/min

zakres prędkości oferowanego mieszadła 250-5000 obr/min

Pompa perystaltyczna

wymagany zakres wydajności 0,005-60 ml/min

zakres wydajności oferowanej pompy 0,2-1165 ml/min

wymagane wymiary maksymalnie 18x10x15 cm

wymiary oferowanej pompy 16,4x23,5x20,8 cm


Poza tym w specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń Wykonawca nie ujął wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji, co nie pozwala Zamawiającemu na porównanie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Oferta nr 2 WITKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 5

Uzasadnienie faktyczne: oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

W imieniu Zamawiającego

DZIEKAN

dr hab. inż. Krzysztof Wilde prof. nadzw. P.G.

W