

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
tel. +48 58 347 22 05, fax +48 58 347 20 44
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 09.07.2007r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP/23/WILiŚ/2007, CRZP 156/002/D/07

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do diagnostyki laboratoryjnej i odczynnika do badań traserowych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Zamawiający informuje, że w dniu 05 lipca 2007r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pytanie:

Dotyczy:


Część B – zestaw badawczy do określania stężeń wskaźników fizyczno-chemicznych substancji zawartych w wodach oraz w ściekach

1. Czy Zamawiający dopuszcza spektrofotometr bez wyświetlacza LCD, sterowany tylko poprzez zewnętrzny komputer, który jest opisany w specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza spektrofotometr bez wyświetlacza LCD, sterowany tylko poprzez zewnętrzny komputer stanowiący element zestawu badawczego.

W imieniu Zamawiającego

DZIEKAN

dr hab. inż. *Krzysztof Wilde* prof. nadzw. P.G.