

Gdańsk, dnia 13.11.2007r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP 37/WILiŚ/2007, CRZP 239/002/D/07**

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do wyznaczania cech fizycznych materiałów termoizolacyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Zamawiający informuje, że w dniu 12 listopada 2007r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pytanie:

Dotyczy:

Część A – Stanowisko do badania przewodności i stateczności cieplnej materiałów budowlanych

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory chłodzonej powietrzem – co jest rozwiązaniem o wiele tańszym, gdyż nie wymaga przyłączy (np. instalacji wodnej) oraz nie zużywa żadnych dodatkowych mediów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory chłodzonej powietrzem.

W imieniu Zamawiającego