

Gdańsk, dnia 16.11.2007r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie UZP
w dniu 09.11.2007r. nr ogłoszenia 217954-2007
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do wyznaczania cech fizycznych materiałów termoizolacyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska ZP 37/WILiŚ/2007, CRZP ZP-239/002/D/07.

**ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU PROTESTU
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Na podstawie art. 181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr. 164, poz. 1163 z późn. zmianami) Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, że w postępowaniu został złożony protest o treści i zarzutach zawartych w załączonej kopii.

Jednocześnie na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym.

W załączeniu:

1. Kopia złożonego protestu

T o R o P o L® Sp. z o.o.

03-620 WARSZAWA; CZARNA DROGA 29;

TEL. (48 22) 519 40 70; Fax. (48 22) 519 40 80;

Regon. 008422516; NIP 524-000-46-26; KRS 0000034922; Rok. zał. 1989

KREDYT BANK S.A.; II ODDZIAŁ; KONTO: 1115001070 1210700022940000

www.toropol.com.pl

e-mail: toropol@toropol.com.pl

L.DZ. H31902R

WARSZAWA 15.11.2007

POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UL. G. NARUTOWICZA 11/12
80-952 GDAŃSKDot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonegoNa: dostawę aparatury do wyznaczania cech fizycznych materiałów termoizolacyjnych na
potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Nr. sprawy: ZP 37/WILIS/2007, CRZP ZP-239/002/D/07

PROTESTInformujemy, że zgodnie z art. 180 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nasza Spółka w
dniu 15.11.2007 składa protest w ustawowym terminie.Informujemy, że zgodnie z art. 179 ust 1 oraz art. 180 ust 1 i 3 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych „ToRoPol” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie składa protest wobec czynności
Zamawiającego:

1. *Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* – Poprzez opisanie
przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję łamiąc tym samym
artykuł 29 ust. 2.

UZASADNIENIEPrzygotowując Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający opisał przedmiot
zamówienia w taki sposób, że wymagania specyfikacji spełnia tylko jedno urządzenie dostępne na
rynku polskim. Jest to niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, gdyż artykuł 29 ust. 2
zabrania opisywania przedmiotu w taki sposób, aby utrudniać uczciwą konkurencję. Specyfikacja tego
przetargu jest tak przygotowana, aby konkurencję skutecznie utrudnić i zawęzić listę możliwych
wykonawców do JEDNEJ firmy, wymienionej w specyfikacji.

Zapis SIWZ o brzmieniu

14. Synchroniczne próbkowanie sygnałów pomiarowych i sterujących z częstotliwością min. 40 kHz.
15. Transmisja danych do jednostki PC poprzez dedykowany interfejs typu GPIB gwarantujący jej
synchroniczność.
16. Szybkość transmisji danych do jednostki PC: 750 kb/s.
19. Dodatkowy panel sterujący (opis panelu)

Wskazuje jednoznacznie na jednego producenta, który jako jedyny na rynku polskim posiada sprzęt
spełniający te parametry.

Parametry te nie mają ponadto znaczenia dla funkcjonowania maszyny, która musi spełniać wymagania podstawowe

- zgodność w normami
- klasa dokładności maszyny
- możliwość komunikowania się z urządzeniami peryferyjnymi
- współpraca z PC i możliwość prowadzenia programów badawczych.

Określanie parametrów określających jak szczegółowe dane jak „ transmisja Przez Interfejs GPIB” nie powinna wykluczać innych producentów stosujących standardowe interfejsy komunikacyjne jak RS232, RS485 lub USB – kategorię wykluczone w specyfikacji.

Interfejsy te są stosowane przez wszystkich pozostałych i uznanych producentów sprzętu na świecie.

Interfejs GPIB jest starszym rozwiązaniem, oferowanym współcześnie wyjątkowo. Został on opracowany w czasach, gdy nie było np. połączenia typu USB. Zawęża on możliwość korzystania z komputerów tylko do komputerów stacjonarnych, wykluczając komputery typu Laptop coraz bardziej ostatnio popularnych. Dodatkowo, zmiana komputera w przyszłości, na komputer nowszej technologii będzie bardzo utrudniona. Dlatego większość producentów nie korzysta z tej technologii.

Jednocześnie z treści opisu przedmiotu nie wynika uzasadnienie dla preferencji interfejsu typu GPIB. Podobna kwestia dotyczy zbyt precyzyjnego określenia szybkości transmisji danych do PC (bez wskazania zwrotów „około”, „nie mniej”, itp.

Zwrotów „około”, „nie mniej”, itp. Brakuje dodatkowo w pozostałych punktach SIWZ, tj 11, 15, 16, 24

Punkt 19 dodatkowy panel sterujący zbyt dokładnie opisuje wygląd panelu. Dlaczego do dokładnego pozycjonowania może być użyta tylko rolka, a wykluczone są wszelkiego typu pokrętła, lub przyciski wykorzystywane przez innych producentów? Dlaczego programowalne mogą być tylko dwa a nie trzy przyciski? Jest to zbyt precyzyjny opis uniemożliwiający zaofiarowanie innego, równoważnego sprzętu.

Takie zapisy stanowią wyraźne naruszenie art 29 ust. 2 upup, zwłaszcza, że wystarczające jest tutaj samo zagrożenie utrudnienia uczciwej konkurencji, a nie pewność, co do istnienia tego utrudnienia.

Powyższy zapis uniemożliwia nam przystąpienie do przetargu i zaofiarowania maszyny nie gorszej technicznie niż wymagana przez Zamawiającego, zdolnej do wykonywania badań wszelkiego rodzaju, jednak korzystającej z łatwo dostępnego interfejsu RS 232.

Działania Zamawiającego naruszają:

Art. 7

Art. 29 ust. 2

W tym stanie rzeczy protestujący wnoszą o:

1. *Unieważnienie postępowania oraz powtórzenie czynności przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w następstwie, której opis przedmiotu zamówienia zostanie wykonany w sposób umożliwiający uczciwą konkurencję i dopuszczający udział wszystkich uznanych producentów sprzętu na świecie.*

Z Poważaniem,

Krzysztof Roszkowski

Prokurent

ToRoPol Sp. z o.o.

Prokurent

Krzysztof Roszkowski

ToRoPol Sp. z o.o.

03-620 Warszawa, ul. Czarna Droga 29

tel. 519-40-70, fax 519-40-80

NIP 524-000-46-26

PROSIMY O POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA TEGO PISMA

POPRAZEC ODESŁANIE FAKSU ZWROTNEGO NA NR:

22 519 40 80