



POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
tel. +48 58 347 24 19, fax +48 58 347 24 13

Gdańsk, dnia 22-11-2007 r.

ZAPYTANIE

**dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
do postępowania nr ZP/40/WILIŚ/2007, CRZP 260/002/D/07**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na **dostawę odczynników, pożywek i materiałów eksploatacyjnych**

Zamawiający informuje, że w dniu 22 listopada 2007 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pytanie 1:

Część F poz. 4 – W związku z informacją od dystrybutora produktów HTL, iż produkt wskazany przez Zamawiającego nie występuje w formie opakowania – pudełko 5 x 96 sztuk, – czy można zaoferować wymagane końcówki w worku a 250 szt + pasujące pudełko na 50 końcówek. Jeśli tak ile opakowań końcówek i ile sztuk pudełek należy zaoferować?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania końcówek do pipet automatycznych w opakowaniach po 250 szt. + pasujące pudełko na 50 końcówek.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek do pipet automatycznych typu HTL 5000ul w pudełku i statywie opak/50 sztuk.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W imieniu Zamawiającego