



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

## WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-12-45, 347-22-77; Fax: (0-58)341-61-32; E-mail: deans@eti.pg.gda.pl

L.dz.: WETI/~~290~~/2008

Gdańsk, 17.01.2008

### INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ZP/40/WETI/07, CRZP/276/009/D/07 na dostawę kamer termowizyjnych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wybrano ofertę firmy:

#### CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Ilość punktów w kryterium -cena	Ilość punktów ogółem
1.	Biuro Techniczno-Handlowe ul. Szegedyńska 5/81 01-957 Warszawa	100	100

Uzasadnienie:

**Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust 5 ustawy PZP.**

Ponadto w postępowaniu oferty złożyli:

1/ VIGO System S.A., ul. Światlików 3, 01-389 Warszawa  
Oddział W Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133,  
05-850 Ożarów Mazowiecki

**Ilość pkt. w kryterium cena - 89,21 ; Ilość pkt. ogółem 89,21**

2/ INFRA TEC Polska Sp. z o.o., Technika pomiarowa w podczerwieni  
ul. Wiązowa 14, 53-127 Wrocław

**Ilość pkt. w kryterium cena 69,16 ; Ilość pkt. ogółem 69,16**

## CZĘŚĆ B ZAMÓWIENIA

### INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamer termowizyjnych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania ZP/40/WETI/07, CRZP/276/009/D/07 odrzucił oferty firm:

#### **1/ INFRA TEC Polska Sp. z o.o. Technika pomiarowa w podczerwieni ul. Wiązowa 14, 53-127 Wrocław**

Uzasadnienie faktyczne:

Treść złożonej oferty przez Wykonawcę nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pkt. III siwz, tabela część B Zamawiający zapisał, że kamera ma spełniać n-ce parametry:

- rozdzielczość termiczna 0,02K
- Szybkość akwizycji 50/60 Hz
- Interfejs cyfrowy do zapisu termogramów na PC - USB 2.0, IEEE1394

Wykonawca nie spełnił w/w warunku i zaoferował kamerę, która posiada parametry:

- rozdzielczość termiczna 0,03 K
- Szybkość akwizycji 5 Hz
- Interfejs cyfrowy do zapisu termogramów na PC - brak

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2

#### **2/ Biuro Techniczno-Handlowe, ul. Szegedyńska 5/81, 01-957 Warszawa**

Uzasadnienie faktyczne:

Treść złożonej oferty przez Wykonawcę nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pkt. III siwz, tabela – część B Zamawiający zapisał, że kamera ma spełniać następujące funkcje:

- Tryb pracy z subwindowingiem ( w tym tryb pracy liniowej) - tak

Interfejs cyfrowy do zapisu termogramów na PC – USB 2.0, IEEE1394

Wykonawca nie spełnił w/w warunku i zaoferował kamerę, która nie posiada tych funkcji

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ B

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zmianami ) Zamawiający Politechnika Gdańska informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamer termowizyjnych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/276/009/D/07 – część B zamówienia , zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne :


W postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust.1 pkt. 1

Rozdzielnik:

1/ Wykonawcy, którzy złożyli oferty

  
D Z I E K A N  
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk  
prof. zw. PG

3