

Gdańsk, dnia 17.01.2008r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
do postępowania nr ZP 01/WILiŚ/2008, CRZP 4/002/D/08**

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury, materiałów eksploatacyjnych i odczynników do Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Zamawiający informuje, że w dniu 15 stycznia 2008r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

**Dotyczy:**  
**Część B – Wagi precyzyjne**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagi z szalką nierdzewną o wymiarach 128x128 [mm]?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szalki nierdzewnej na proponowane wymiary, ze względu na zbyt dużą różnicę w gabarytach.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wagi z osłoną przeciwpodmuchową o wymiarach 158 x 158 x78 [mm]?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza osłony przeciwpodmuchowej o wymiarach 158x158x78 [mm] ze względu na zbyt dużą różnicę w szerokości.

W imieniu Zamawiającego

Dziekan Wydziału Inżynierii  
Lądowej i Środowiska