

Gdańsk, dnia 21.01.2008 r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP 01/WILiŚ/2008, CRZP 4/002/D/08**

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury, materiałów eksploatacyjnych i odczynników do Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Zamawiający informuje, że w dniu 21 stycznia 2008 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Dotyczy:

Część G – Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w pakiecie nr G dopuści:

- czy Zamawiający dopuści panel sterujący zamrażarki – nie ma poziomu oczu?
- czy Zamawiający dopuści wymiary zamrażarki wewnętrzne 600x600x275 mm oraz zewnętrzne 750x790x1885 mm?
- czy Zamawiający dopuści standardową komorę zamrażarki o kwadratowych rogach, skonstruowana w taki sposób aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię roboczą?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie G odnośnie zamrażarki nie dopuszcza zmian odnośnie panelu sterującego, wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyglądu komory zamrażarki.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor Administracyjny 4
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

mgr Marek Lubowicki