

Gdańsk, dnia 17.01.2008r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie UZP
w dniu 16.01.2008r. nr ogłoszenia 11429-2008
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do Laboratorium Materiałoznawstwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, ZP 02/WILiŚ/2008, CRZP ZP- 5/002/D/08.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, iż dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W rozdziale III. SIWZ na stronie 9 (Część C Element systemu akwizycji danych-kamera termowizyjna) opis przedmiotu zamówienia dotyczący pozycji „Prezentacja i wizualizacja obrazów” otrzymuje brzmienie:

	Prezentacja i wizualizacja obrazów	- częstotliwość prezentacji obrazu - min. 50 Hz - wyjście wideo RCA - wbudowany, kolorowy ekran LCD min 2,5"	
--	------------------------------------	---	--

Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja SIWZ nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska