

Gdańsk, dnia 28.03.2008r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie UZP
w dniu 25.03.2008r. nr ogłoszenia 59881-2008
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska ZP 04/WILIŚ/2008, CRZP 57/002/D/08.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, iż dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W rozdziale III. SIWZ na stronie 9 (Część D – Mieszadło mechaniczne, mieszadła magnetyczne i sonda tlenowa) pkt. 4 „Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia” w części dotyczącej opisu mieszadła magnetycznego otrzymuje brzmienie:

2.	Mieszadło magnetyczne		2 sztuki
	Liczba stanowisk	min. 15	
	Odległość między stanowiskami	min. 65 mm	
	Zakres regulacji obrotów	min. od 150 do 990 obr./min	
	Objętość płynu	min. 500 ml na stanowisko	
	Waga	nie większa niż 6 kg	
	Klasa bezpieczeństwa	min. IP 32	

Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja SIWZ nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

W imieniu Zamawiającego
Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska