

Gdańsk, dnia 28.03.2008r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP 04/WILiŚ/2008, CRZP 57/002/D/08**

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Zamawiający informuje, że w dniu 27 marca 2008r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Dotyczy:

Część D – Mieszadło mechaniczne, mieszadła magnetyczne i sonda tlenowa

Pytanie nr 1:

Czy dopuszcza się zaoferowanie mieszadła magnetycznego, w którym objętość płynu mieszanego przypadającego na jedno stanowisko będzie 400 ml oraz czy klasa bezpieczeństwa może być IP42?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mieszadła magnetycznego, w którym objętość płynu mieszanego przypadającego na jedno stanowisko będzie 400 ml, natomiast dopuszcza klasę bezpieczeństwa IP42.

W imieniu Zamawiającego

Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska