

Zapytanie dotyczące treści SIWZ
do postępowania nr ZP/218/08/D/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dynamicznego analizatora mechanicznego DMTA dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający informuje, że dniu 19.08.2008r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pyt. Nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza analizator DMTA o zakresie temperaturowym od – 150 °C do 600°C? W/w zakres temperaturowy w zupełności pokrywa zakres temperatur do charakterystyki dynamicznych właściwości mechanicznych polimerów.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza analizator DMTA o zakresie temp. Od -150°C do 600°C.

Pyt. Nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza analizator DMTA z możliwością rozbudowy o zewnętrzną przystawkę DEA z możliwością bezpośredniej kompilacji krzywych DEA i DMTA w oprogramowaniu?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza analizator DMTA z możliwością rozbudowy o zewnętrzną przystawkę DEA z możliwością bezpośredniej kompilacji krzywych DEA i DMTA w oprogramowaniu.

W imieniu Zamawiającego
Dziekan Wydziału Chemicznego