



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

## WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. G.Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-12-45, 347-22-77; Fax: (0-58)341-61-32; E-mail: deans@eti.pg.gda.pl

Gdańsk, 30.09.2008

L.Dz. WETI/~~3566~~/2008

**dotyczy:** modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lasera do wycinania taśmy ceramicznej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ZP/43/WETI/08, CRZP/243/009/D/08.

Na podstawie art. 38 ust 4 wprowadza się zmiany do SIWZ.

W pkt. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

**Przed zmianą:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lasera do wycinania taśmy ceramicznej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ( CPV 42611000-2) zgodnie z opisem przedstawionym poniżej:

<i>Lp.</i>	<i>Szczegółowa specyfikacja</i>	<i>Ilość sztuk</i>
1	<b>Laser do wycinania taśmy ceramicznej o parametrach:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• obszar roboczy nie mniejszy niż 300 mm x 300 mm</li><li>• rozdzielczość obrazu nie mniej niż 1000 dpi</li><li>• minimalna średnica wycinanego punktu nie mniej niż 0,08 mm</li><li>• moc lasera nie mniej niż 25 W</li><li>• wbudowany znacznik laserowy do określania dokładnego położenia taśmy na stole</li></ul> <b>wysoko ciśnieniowy system wyciągowy oparów</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• dedykowany programu pracujący w środowisku Windows do sterowania i kalibracji urządzenia oraz współpracujący z większością aplikacji graficznych i CAD</li><li>• podłączenie do komputera przez interfejsy USB lub Centronics</li></ul>	1

**Po zmianie:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lasera do wycinania taśmy ceramicznej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ( CPV 42611000-2) zgodnie z opisem przedstawionym poniżej:

<i>Lp.</i>	<i>Szczegółowa specyfikacja</i>	<i>Ilość sztuk</i>
1	Lasera do wycinania taśmy ceramicznej o parametrach: <ul style="list-style-type: none"><li>• obszar roboczy nie mniejszy niż 300 mm x 300 mm</li><li>• rozdzielczość obrazu nie mniej niż 1000 dpi</li><li>• minimalna średnica wycinanego punktu nie mniej niż 0,08 mm</li><li>• moc lasera nie mniej niż 25 W</li><li>• wbudowany znacznik laserowy do określania dokładnego położenia taśmy na stole</li><li>• dedykowany program pracujący w środowisku Windows do sterowania i kalibracji urządzenia oraz współpracujący z większością aplikacji graficznych i CAD</li><li>• podłączenie do komputera przez interfejs USB lub Centronics</li></ul>	1

W pkt. XI siwz, ppkt. 6 – Opis sposobu przygotowania ofert

**Przed zmianą**

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej i opieczetowanej adresem Wykonawcy. Kopertę należy oznaczyć: „**OFERTA Nr sprawy: ZP/ 43/WETI/08. NIE OTWIERAĆ przed 02.10.2008 godz. 13:00!**”.

**Po zmianie**

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej i opieczetowanej adresem Wykonawcy. Kopertę należy oznaczyć: „**OFERTA Nr sprawy: ZP/ 43/WETI/08. NIE OTWIERAĆ przed 09.10.2008 godz. 14:00!**”.

W pkt. XII - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

**Przed zmianą**

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> w pok. 127 w Biurze Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12.

Termin składania ofert: do dnia 02.10.2008 godz. 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12 /pokój 122 w budynku Wydziału ETI, w dniu 02.10.2008 godz. 13:00

### **Po zmianie**


Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> w pok. 127 w Biurze Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12.

Termin składania ofert: do dnia **09.10.2008 godz. 12:30.**

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. Narutowicza 11/12 /pokój 122 w budynku Wydziału ETI, w dniu **09.10.2008 godz. 14:00.**

Powyższe zmiany mają moc wiążącą. Nie uwzględnienie ich przy sporządzaniu oferty spowoduje odrzucenie oferty.

DZIEKAN

  
**dr hab. inż. Krzysztof Goczyła**  
**prof. nadzw. PG**

9