

**ZAPYTANIE DDOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
do postępowania nr ZP/335/008/D/08**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę**

**-systemu bioreaktora szklanego o pojemności roboczej w zakresie od 2,5l do 10l z zapasowym zbiornikiem  
-urządzenia wytwarzania medium technologicznego w zakresie niskich temperatur (do -90°C) i wysokich (do 100°C), z programowaniem temperatury i pompą cyrkulacyjną i podstawowym oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym, nazywanego dalej „kriostat”  
-urządzenia grzewczego oleju termicznego dla Wydziału Chemicznego.**

Zamawiający informuje, że w dniu 16.12.2008 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o brzmieniu:

**Pytanie:**

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1) na: „Za opóźnienie w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 150 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie. Kara umowna zostanie potrącona przez Zamawiającego z należności do zapłaty Wynikającej z faktury Wykonawcy”.

**Odpowiedź:**

Nie wyraża zgody.

**Pytanie:**

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad z 300zł do 150 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu wymiany towaru do dnia wymiany włącznie?

**Odpowiedź:**

Nie wyraża zgody.

**Pytanie:**

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §7 punkt 3) na „czas reakcji na zgłoszenie usterki (obejmujący co najmniej rozmowę telefoniczną mającą na celu określenie zakresu usterki lub stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia usterki”?

**Odpowiedź:**

Nie wyraża zgody.

**Pytanie:**

4. Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy gwarancyjnej nie był dłuższy niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia usterki.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy §7 punkt 4 na „Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia usterki (faksem lub telefonicznie) a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta 28 dni”. Dzięki tej zmianie Wykonawcy, którzy sprowadzają części od producenta będą mogli dotrzymać terminu naprawy.

**Odpowiedź:**

Nie wyraża zgody.

**Część B**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści Kriostat o mocy chłodzenia przy temp. 20°C – 2,0 KW i wydajności max. pompy 31 l/min, przy zakresie temperatury pracy od -90°C do 200°C i stabilności temperatury  $\pm 0,02$  K? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści w zakresie mocy chłodzenia przy temp. 20°C – 3,0 KW.

Dopuszcza pompę 31l/min, przy zakresie temperatury pracy od -90C do 200C i stabilności temperatury  $\pm 0,02$ K

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o mocy grzewczej 3KW i mocy chłodzącej w 20C 3KW i maksymalną wydajność pompy 31l/min spełniającą resztę wymagań specyfikacji?

**Odpowiedź:**

Nie wyraża zgody w zakresie mocy grzewczej 3KW i mocy chłodzącej w 20C 3KW.

Dopuszcza maksymalną wydajność pompy 31l/min spełniającą resztę wymagań.

**Część C**

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, jaką moc ma mieć oferowane urządzenie grzewcze oleju termicznego, ponieważ w SIWZ podano moc grzewczą od 20 kW do 35 kW.

Czy warunki w/w będzie spełniało urządzenie o mocy grzewczej 25kW, czy też ma być to urządzenie o mocy 35kW.

**Odpowiedź:**

Moc grzewcza 25KW zawiera się w zakresie podanym w siwz.