

**ZAPYTANIE DDOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
do postępowania nr ZP/348/008/D/08**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę**

**-systemu bioreaktora stalowego (ze stali kwasoodpornej) o pojemności roboczej w zakresie 10- 12,5L  
-urządzenia wytwarzania medium technologicznego w zakresie niskich temperatur (do -90°C) i wysokich (do 200°C), z programowaniem temperatury i pompą cyrkulacyjną i podstawowym oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym, nazywanego dalej „kriostat” dla Wydziału Chemicznego.**

Zamawiający informuje, że w dniu 24.12.2008 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o brzmieniu:

**Pytanie:**

**CZĘŚĆ B  
KRIOSTAT**

Czy Zamawiający dopuści Kriostat o pojemności łaźni 26L? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, nie dopuści.