

Gdańsk, dnia 27.04.2009r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP 4/WILiŚ/2009, CRZP 332/002/D/09**

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora wielkości cząstek zawiesiny w wodzie i ściekach na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Zamawiający informuje, że w dniu 24 kwietnia 2009r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na 8 tygodniowy termin dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na 8 tygodniowy termin dostawy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji analizatora ze zbiornikiem dyspersyjnym o objętości 180-290 ml, ale w zamian z większym zakresem pomiarowym?

Odpowiedź:

Nie. Ze względu na konieczność otrzymania podczas pomiaru reprezentatywnej próbki, objętość zbiornika dyspersyjnego nie spełnia wymagań Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja