

Gdańsk, dnia 22.09.2009r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP 21/WILiŚ/2009, CRZP 741/002/D/09**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę betonoskopu i młotka Schmidta na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Zamawiający informuje, że w dniu 22 września 2009r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego betonoskop powinien posiadać „rejestrator z wyświetlaczem LCD i pamięcią nie mniejszą niż 250 pomiarów”, w związku z powyższym prosimy o informację – czy Zamawiający dopuści dostawę betonoskopu z rejestratorem o pojemności pamięci 250 pomiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie betonoskopu z wyświetlaczem LCD i pamięcią nie mniejszą niż 250 pomiarów **tj. 250 pomiarów i więcej.**

W imieniu Zamawiającego

Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja

.....
(podpis kierownika jednostki)