



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



# ZAŁĄCZNIK II DO SIWZ CZĘŚĆ B

Lp.	Urządzenie	Ilość Szt.	Wymagania min. stawiane urządzeniu
KATEDRA		INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ	
1.	Kalibrator (zadajnik) temperatury	2	Zadajnik temperatury do kalibracji czujników o właściwościach: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokładność: <math>\pm 0,5^{\circ}\text{C}</math></li><li>- Stabilność temperatury: <math>0,15^{\circ}\text{C}</math></li><li>- Możliwość jednoczesnej kalibracji pięciu czujników</li><li>- Zakresy temperatury: <math>28^{\circ}\text{C}</math> do <math>400^{\circ}\text{C}</math></li><li>- Oprogramowanie pozwalające na akwizycję danych pomiarowych</li></ul>