

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
DO POSTĘPOWANIA NR ZP/824/008/D/09**

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z transportem.

Zamawiający informuje, że w dniu 07.10.09r wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującym brzmieniu:

Część A- szkło klasy A i B

Pyt.1

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy do 4 tygodni na pozycje z certyfikatem indywidualnym, ponieważ taki jest czas oczekiwania na te produkty u producenta?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu dostawy.

Poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza szlif 10/19 zamiast 12/21

Odp.

Nie dopuszcza.

Poz.7

Jakiej pojemności kolby oczekuje Zamawiający?

Odp.

Pojemność 200 ml

Poz.12,13

Czy Zamawiający ma na myśli klasę A? Czy Zamawiający dopuszcza niebieską kreskę i napisy?

Zamawiającemu chodzi o kolbę, której maks. granica błędu wynosi +/-0,06ml.

Nie dopuszcza niebieskiej kreski i napisów.

Poz.27-30

Czy Zamawiający dopuszcza cylindry z białą podziałką?

Odp.

Nie.

Poz.42

Czy zamawiający dopuszcza biuretę Schillinga z butelką na 1000ml?

Odp.

Nie.

Poz.48-51

Czy Zamawiający ma na myśli wymienny tylko kran, czy wymienny kran z końcówką ?
Czy Zamawiający dopuszcza biuretę z kranem teflonowym?

Odp.

Zamawiający ma na myśli wymienny kran, dopuszcza kran teflonowy.

Poz. 52-54

Czy Zamawiający ma na myśli kl.A ?

Zamawiającemu chodzi o pipetę, której maks.granica błędu wynosi +/-0,01 ml (poz.52)

Zamawiającemu chodzi o pipetę, której maks.granica błędu wynosi +/-0,025 ml (poz.53)

Zamawiającemu chodzi o pipetę, której maks.granica błędu wynosi +/- 0,03 ml (poz.54)

Poz.55

Czy Zamawiający oczekuje pipety wielomiarowej czy jednomiarowej?

Pipety wielomiarowej.

Część B

Poz.19

Czy Zamawiający dopuszcza kolbę z szyjkami skośnymi?

Odp.

Nie dopuszcza.

Poz.20

Czy Zamawiający dopuszcza biuretę Schillinga z butelką na 1000ml?

Odp.

Nie dopuszcza.

Poz.31

Jakiej pojemności rozdzielacz oczekuje Zamawiający?

Odp.

O pojemności 50 ml.

Poz.38-39

Czy Zamawiający dopuszcza ekzykator z plastikową gałką?

Odp.

Nie dopuszcza.

Poz.50

Czy Zamawiający dopuszcza szlif 14/23

Nie dopuszcza.

Poz.64

Czy Zamawiający dopuszcza lejek o śr.210 mm?

Nie dopuszcza.

Poz.93

Czy Zamawiający dopuszcza kroplomierz o pojemności 60 ml?

Odp.

Nie dopuszcza.

Poz.94

Czy Zamawiający dopuszcza tygiel o śr. 40mm, pojemność 50ml, porowatość 4?

Odp.

Nie dopuszcza.