

Gdańsk, 22.12.2009 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania ZP 1265 /014/D/09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.**

Zamawiający informuje, że w dniach 14.12. i 16.12 2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Część I oscyloskop cyfrowy I:

Pytanie

1. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop mający możliwość jednoczesnej analizy dwóch magistral?

Odpowiedź

1. Analiza dwóch magistral jednocześnie przez oscyloskop może być w niektórych przypadkach niezbędna. Proszę o przygotowanie oferty oscyloskopu, który będzie miał możliwość analizy dwóch magistral jednocześnie.

Część I oscyloskop cyfrowy II:

Pytanie

2. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop mający możliwość jednoczesnej analizy dwóch magistral?

Odpowiedź

2. Tak Zamawiający dopuszcza możliwość analizy dwóch magistral jednocześnie.

Część II oscyloskop cyfrowy I:

Pytanie

3. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop bez portu RS232 lub z adapterem USB-RS232?

Odpowiedź

3. Zamawiający dopuszcza oscyloskop bez portu RS232 jeżeli oscyloskop będzie wyposażony w port USB.

Pytanie

4. Czy Zamawiający wymaga ,aby FFT była wyliczana z minimum 2048 punktów?

Odpowiedź

4. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby FFT była wyliczana z minimum 2048 punktów.

Część I oscyloskop cyfrowy I:

Pytanie

5. Zamawiający wpisał w tabeli parametrów technicznych ww. oscyloskopu – załącznik nr 6 do SIWZ: „Gwarancja minimum 36 m-cy na oscyloskop” , natomiast w innej części SIWZ: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum – 36 m-cy gwarancji – dla części I zamówienia poz. 1,2 formularza rzeczowo –cenowego”.
W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga gwarancji 36 m-cy na sam oscyloskop czy dla części I zamówienia poz. 1,2- czyli dla oscyloskopu wraz z sondami i akcesoriami ?

Odpowiedź

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji minimum 36 m-cy na oscyloskop.

**Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk**