



Politechnika Gdańska  
Wydział Chemiczny

Gdańsk, dnia 01.04.2010r.

### **Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/239/008/D/10**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych, odczynników i akcesoria do chromatografii, szkła laboratoryjnego, akcesorii do hodowli komórkowej, materiałów jednorazowych, filtracyjnych, odczynników i drobnego sprzętu do oznaczania aktywności przeciwdrobnoustrojowej biopreparatów z kapusty.

Zamawiający informuje, że w dniu 29.03., 30.03., 31.03.br wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

**Pyt. 1** dot. Części C i odczynniki i akcesoria do chromatografii:

Czy zamawiający dopuści do składania ofert częściowych z podziałem części C a więc:

C1 – rozpuszczalniki i kwasy

C2 – Akcesoria do chromatografii

Pozwoli to na dopuszczenie większej liczby Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia części C na mniejsze pakiety.

**Pyt. 2** dot. Części F – akcesoria do hodowli komórkowej

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści naczynie o pow. hodowlanej 75 cm<sup>2</sup>?

Odp. Zamawiający dopuszcza naczynie o pow. 75cm<sup>2</sup>.

**Pyt 3.** Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści płytki pakowanie sterylne po 4 w rękawie, bez dodatkowego pojedynczego pakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pyt 4.** Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści płytki sterylne pakowane pojedynczo i po 100szt w kartonie?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pyt 5.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 dopuści płytki sterylne pakowanie po 8szt w rękawie, po 32szt w kartonie?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pyt 6.** W poz. 10 wymóg pojedynczego pakowania płytek sugeruje płytki sterylne, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga żeby płytki były sterylne i czy wymaga płytek z przykrywkami?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pyt 7** Czy w poz. 11 Zamawiający dopuści probówki sterylne pakowanie w statywy po 50szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pyt 8.** Czy w poz. 13 Zamawiający dopuści probówki pakowane po 25szt w statywie?

Odp. Zamawiający dopuszcza



**Pyt 9.** Czy w poz. 18 Zamawiający dopuści pudełka na 81 (podziałka 9x9) próbek?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pyt 10.** Czy w poz. 18:Zamawiający dopuści pudełka pakowanie po 4szt w paczce i po 24szt w kartonie?

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pyt 11.** dot. zapisu do umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w §5 ust. 5, na brzmiący: „Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki w chwili jej otrzymania, potwierdzając brak zastrzeżeń podpisem na fakturze dołączonej do przesyłki. W przypadku wykrycia wad ilościowych lub uszkodzeń oryginalnych opakowań powiadomi o tym Wykonawcą niezwłocznie i nie później niż w ciągu 3 dni od daty dostawy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pyt 12.** Czy w §5 ust. 7 wzoru umowy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru lub uzupełnienia braków do 10 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt 13.** Czy w §7 wzoru umowy Zmawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru po uwzględnieniu reklamacji do 10 roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. do Części E – Akcesoria i materiały jednorazowe

**Pyt. Nr 14** - punkt 65

W tym punkcie zamawiający wymienił kolbki miarowe PMP o różnych pojemnościach w ilości 50 sztuk.

Ponieważ każda z podanych pojemności posiada inną cenę proszę o rozbięcie tego punktu na 3 podpunkty z wyszczególnieniem każdej pojemności oraz ilości sztuk jakie należy zaoferować.

Odp. W pkt 65 należy zaoferować podane pojemności w ilości po 50 sztuk każda

**Pyt. Nr 15** - punkt 66

W tym punkcie zamawiający wymienił pipety jednomiarowe PMP o różnych pojemnościach w ilości 10 sztuk.

Ponieważ każda z podanych pojemności posiada inną cenę proszę o rozbięcie tego punktu na 4 podpunkty z wyszczególnieniem każdej pojemności oraz ilości sztuk jakie należy zaoferować.

Odp. Zamawiający należy zaoferować każdej pojemności po 10 sztuk każda.

**Pyt. Nr 16** - punkt 67

Proszę o podanie do jakiej zmywarki ma być dopasowany koszyk, proszę o podanie typu koszyka lub o podanie parametrów próbek i kolbek. Podany opis nie gwarantuje zaoferowania produktu którego oczekuje Zamawiający.

Odp. Zamawiający posiada zmywarkę firmy Miele, E 104 ¼, wkład na próbki, zlewki i kolby stożkowe.

**Pyt. Nr 17** dot. Części D – szkło laboratoryjne

Punkt 25 i 26 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania po 10 sztuk czy po 10 opakowań po 250 sztuk pipet Pasteura?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania po 10 op. i po 8 po 250 sztuk.

Pyt. Dot. Części E – Akcesoria i materiały jednorazowe

**Pyt. Nr 18** - punkt od 5 do 38



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowania? Przeliczenie cen jednostkowych na sztuki w przypadku końcówek do pipet oraz naczyń reakcyjnych jest dość mocno utrudnione.

Zwracam się zatem z prośbą o wyrażenie zgody na podanie cen jednostkowych za opakowania lub ewentualnie w zaokrągleniu do 3 miejsca po przecinku?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen za opakowania.

**Pyt. Nr 19** -punkt od 41 do 48

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowania? Przeliczenie cen jednostkowych na sztuki w przypadku rękawiczek i woreczków jest dość mocno utrudnione.

Zwracam się zatem z prośbą o wyrażenie zgody na podanie cen jednostkowych za opakowania lub ewentualnie w zaokrągleniu do 3 miejsca po przecinku?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen za opakowania w ilościach podanych na formularzu.

**Pyt. Nr 20**

Zamawiający wymaga, aby dostawa zamówionych partii towaru w części C następowała w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, a w części D – 21 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia w części C od producenta potrzeba około 30 dni, a w części D – 28 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia częściowego. Za opóźnienia w dostawie zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w umowie, za każdy dzień opóźnienia (wzór umowy §6 ust.1). Biorąc pod uwagę powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim ryzykiem utraty rentowności kontraktu przez wykonawcę. Wydłużenie terminu dostawy umożliwi udział w w/w postępowaniu Wykonawcom, którzy sprowadzają przedmiot zamówienia od producentów zagranicznych, a tym samym spowodują większą różnorodność ofert przetargowych. Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 30 dniowy termin dostawy zamówień częściowych dla części C i 28 dniowy(28 dni roboczych) dla części D i wprowadzić odpowiednie zmiany do SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminów dostaw, które wynikają z harmonogramu prac badawczych.

**Pyt. Nr 21**

Czy zaakceptują Państwo odczynniki o załączonych certyfikatach analizy/specyfikacjach zaoferowane jako równoważne dla odpowiednich towarów wymienionych w części C.1 poz. 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18?

Odp.

Na obecnym etapie prowadzonego postępowania, kiedy nie upłynął jeszcze termin do składania ofert, Zamawiający nie może dokonać oceny dokumentów (certyfikaty produktów) przesłanych wraz z zapytaniem przez Wykonawcę, pod kątem spełniania wymogów stawianych w siwz.

Dokonanie merytorycznej oceny równoważności nie jest możliwe. Taka ocena jest dokonywana przez Zamawiającego po czynności otwarcia ofert, nigdy natomiast na etapie składania ofert przez Wykonawców. W związku z tym, Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak zadane pytania.

**Pyt. Nr 22**

Czy zaakceptują Państwo odczynniki o załączonych certyfikatach analizy/specyfikacjach zaoferowane jako równoważne dla odpowiednich towarów wymienionych w części C.2. poz. 1,7,8,9?

Odp.



Na obecnym etapie prowadzonego postępowania, kiedy nie upłynął jeszcze termin do składania ofert, Zamawiający nie może dokonać oceny dokumentów (certyfikaty produktów) przesłanych wraz z zapytaniem przez Wykonawcę, pod kątem spełniania wymogów stawianych w siwz.

Dokonanie merytorycznej oceny równoważności nie jest możliwe. Taka ocena jest dokonywana przez Zamawiającego po czynności otwarcia ofert, nigdy natomiast na etapie składania ofert przez Wykonawców. W związku z tym, Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak zadane pytania.

**Pyt. Nr 23** – Część C poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie metanolu do LC-MS w opakowaniu 1L?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie 1L.

**Pyt. Nr 24** – Część E, poz. 62,63,64. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie wskazanych pozycji i dołączenie ich do części C.2 gdzie znajdują się już kolumnienki do SPE lub utworzenie oddzielnej części, gdyż produkty te należą do innej grupy towarowej niż pozostałe wymienione w przedmiocie zamówienia w części E?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie .