



Gdańsk, 25-08-2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego wraz z transportem dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na potrzeby projektu: Inżynieria Materiałowa-przyszłość gospodarki ZP/401/019/D/10.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej informuje, że w dniu 24.08.2010 wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający podaje treść zapytań i udziela wyjaśnień na zadane pytania.

### Zapytanie:

#### Część 1B

Punkt 2 – proszę o podanie ilości poszczególnych rozmiarów rękawic.

**Odpowiedź:** XL- 1 op; L-10 op. M-15 op.; S- 5 op.

Podane ilości mogą ulec zmianie w momencie składania konkretnego zamówienia.

Punkt 11-16 Czy zlewki mają być niskie czy wysokie?

**Odpowiedź:** niskie

Punkt 20-23 Czy krystalizatory mają być z wylewem czy bez wylewu?

**Odpowiedź:** krystalizatory mają być z wylewem

Punkt 24-25 Czy kolby erlenmeyera mają być ze szlifem czy bez, czy z szeroką szyją czy z wąską?

**Odpowiedź:** kolby erlenmeyera mają być bez szlifem z wąską szyją.

Punkt 26-27 Czy pipety mają być jednomiarowe czy wielomiarowe? Klasy AS czy B?

**Odpowiedź:** jednomiarowe, klasa AS

Punkt 31 Do jakiego producenta mikropipet mają być dopasowane końcówki?

**Odpowiedź:** Zamawiający używa mikropipet HTL

Punkt 32 Proszę o podanie średnicy wewnętrznej i zewnętrznej węża?

**Odpowiedź:** średnica wewnętrzna od 2mm do 10mm, zewnętrzna od 3mm do 16 mm

Dokładny wymiar zostanie podany w momencie składania zamówienia.

Punkt 33-34 Proszę o podanie rozmiarów korków jakich oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź:** średnica minimalna zewnętrzna od 3,5mm do 41mm

Dokładny wymiar zostanie podany w momencie składania zamówienia.

Punkt 37 Proszę o podanie wymiaru szkiełek nakrywkowych?

**Odpowiedź:** średnica od 40mm do 100 mm

GA

Dokładny wymiar zostanie podany w momencie składania zamówienia.

Punkt 38-39 Czy cylindry miarowe mają być klasy B czy A?

**Odpowiedź:** cylindry miarowe mają być klasy A

Część 2B

Punkt 1 Proszę o podanie ilości poszczególnych rozmiarów rękawic.

**Odpowiedź:** S-15op, M -20op , L – 20op

Podane ilości mogą ulec zmianie w momencie składania konkretnego zamówienia.

Część 2C

Punkt 1 Proszę o podanie pojemności zlewek.

**Odpowiedź:** 150 ml


Punkt 2 Jaką pojemność ma mieć cylinder i jaki rodzaj skali ( wypukła, czy wypukła malowana na niebiesko)?

**Odpowiedź:** 100 ml, podziałka malowana

Punkt 7 Jakiego rodzaju saszki mają być ( miękkie, średnie czy gęste )

**Odpowiedź:** saszki mają być średnie

DZIEKAN  
WYDZIAŁU FTIMS

  
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz  
prof. zw. PG

