

Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/57/008/D/11

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

Zamawiający informuje, że w dniu 25.02.11r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pyt. 1 Część 6 – dostawa autoklawu stołowego

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na autoklaw o parametrach zgodnych z SIWZ, ale o wysokości komory 340 mm i czasie trwania całego cyklu 22 min?
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na autoklaw o podanych parametrach.

Pyt. 2 Część 7 - dostawa pieca laboratoryjnego

1. Z uwagi na występowanie różnicy cenowej pomiędzy piecem o max. temp. 1100°C, a 1300°C w związku z tym, prosimy o doprecyzowanie wymogów, czy piec ma posiadać max. temperaturę 1100°C, czy 1300°C?
Zamawiający dopuszcza max temp. 1100°C i 1300°C
2. Co Zamawiający rozumie poprzez „możliwość przełączania źródeł gazu obojętnego”?
Możliwość prowadzenia procesu w atmosferze gazu obojętnego (azotu lub argonu), doprowadzenie do komory pieca gazu obojętnego w przepływie przy zachowaniu hermetyczności.
3. Czy Zamawiający dopuści okres gwarancji 12 miesięcy
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.