



POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-10-54; E-mail: pielacha@eti.pg.gda.pl

L.Dz. WETI/994/2011

Gdańsk, 17.03.2011

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę układu przetwarzania danych, elementów elektronicznych oraz karty akwizycji danych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/80/009/D/11, ZP/23/WETI/11.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę układu przetwarzania danych, elementów elektronicznych oraz karty akwizycji danych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, CRZP/80/009/D/11, ZP/23/WETI/11 wpłynęły zapytania:

Pytanie 1:

Zamawiający pisze w treści ogłoszenia:

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- *opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.*

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie. W SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia specyfikacji technicznej wskazującej na model i producenta urządzeń, opisów technicznych parametrów urządzeń, czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje taki opis techniczny bez instrukcji obsługi oraz opisu środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz zapis zaplecza naukowo-nadawczego wykonawcy? National Instruments Poland Sp. z o.o. dostarcza instrukcje obsługi w języku angielskim wraz z urządzeniami.

Odpowiedź 1:

Tak. Zamawiający w SIWZ w pkt. 2.6 zapisał, iż w zakresie dostawy oferta musi zawierać:

- a) OPIS – informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, modelu, oznaczeń, a także:
- b) specyfikację techniczną oferowanego sprzętu/elementu potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań określonych w SIWZ.

Powyższy zapis z SIWZ zawiera się w pkt. III.4.2 Ogłoszenia o zamówieniu.

Wobec powyższego Zamawiający zaakceptuje opis – specyfikację techniczną oferowanego sprzętu potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań określonych w SIWZ wraz z podaniem producenta,

modelu, oznaczeń, bez instrukcji obsługi oraz opisu środków stosowanych przez wykonawcę dostaw oraz zapisu zaplecza naukowo-nadawczego wykonawcy.

Pytanie 2:

Zamawiający pisze we wzorze umowy dla części III:

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne, objętych przedmiotem umowy, na nowe tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadku, gdy po trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych...

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego punktu jak następuje:

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne, objętych przedmiotem umowy, na wolne od wad tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadku, gdy po trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych..

Wyjaśniamy, że w przypadku trzech bezskutecznych napraw wymieniamy urządzenia na wolne od was, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że będziemy w danym momencie posiadać nowe urządzenia tego samego typu, jak te które będzie posiadał Zamawiający. W związku z powyższym prosimy o modyfikację powyższego podpunktu, aby umożliwić nam przystąpienie do procedury.

Odpowiedź 2:

W związku z zapytaniem Zamawiający wprowadzi zmiany do SIWZ.

Pytanie 3:

Zamawiający pisze we wzorze umowy dla części III:

W wypadku konieczności wymiany bądź naprawy sprzętu objętego przedmiotem umowy, Zamawiający ma prawo ubiegać się o dostarczenie przez Wykonawcę zastępczego sprzętu o porównywalnych parametrach.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego punktu jak następuje:

W wypadku konieczności naprawy sprzętu objętego przedmiotem umowy, która będzie trwała dłużej niż 28 dni, Zamawiający ma prawo ubiegać się o dostarczenie przez Wykonawcę zastępczego sprzętu o porównywalnych parametrach.

Wyjaśniamy, że obowiązują nas Ogólne Warunki Oferty i Sprzedaży Sprzedawcy, które zostały sformułowane przez naszego głównego akcjonariusza – National Instruments USA – i mówią, że sprzęt zastępczy możemy dostarczyć w przypadku, gdy naprawa będzie się przeciągać dłużej niż 28 dni. Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego punktu, aby umożliwić nam przystąpienie do procedury.

Odpowiedź 3:

W związku z zapytaniem Zamawiający wprowadzi zmiany do SIWZ.

Pytanie 4:

Zamawiający pisze we wzorze umowy dla części III:

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego punktu jak następuje:

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, jednak do kwoty nie większej niż 100% wartości przedmiotu zamówieni brutto.

Zastrzegacie sobie Państwo możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość wcześniej wymienionych kar umownych w związku z poniesioną szkodą.

Nasza firma ma ogólne warunki sprzedaży i gwarancji sformułowane przez głównego akcjonariusza (National Instruments USA), tak że nasze ewentualne zobowiązanie odszkodowawcze jest ograniczone do 50.000 Euro. Ponieważ w umowie odnoszącej się do niniejszego zamówienia nie są określone limity odpowiedzialności, proponujemy ograniczenie ewentualnej maksymalnej kary umownej do kwoty 100% wartości zamówienia brutto. Ponieważ ochrona gwarancyjna obejmuje całość wartości sprzętu, ta kwota pokrywać może ewentualne dodatkowe roszczenia Zamawiającego.

Odpowiedź 4:


W związku z zapytaniem Zamawiający wprowadzi zmiany do SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiającemu chodziło o pełną zgodność z pakietem LabVIEW 2009?

Odpowiedź 4:

Tak.

DZIEKAN

dr hab. inż. Przemysław Goczyła
prof. nadzw. PG