

Gdańsk, dnia 29.03.2011r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
Ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Nr ogłoszenia 96977-2011, data zamieszczenia 25.03.2011r**

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, ZP/99/008/D/11

W dniu 28.03.2011 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

**Pytania do Części 4 – Mieszadła magnetyczne 2 sztuki**

1. Czy zamawiający dopuści mieszadło o mocy wejścia/wyjścia; 19,2/10W?
2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło o mocy grzania 550W?
3. Czy Zamawiający dopuści mieszadło o zakresie prędkości mieszania 100-1500 rpm.?

**Odpowiedź:**

1. **Zamawiający nie dopuszcza.**
2. **Zamawiający nie dopuszcza.**
3. **Zamawiający nie dopuszcza.**