



POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

L.dz.: WETI / 1426 /2011

Gdańsk, dn. 12.04.2011

Dotyczy: postępowania na dostawę aparatury badawczej do Środowiskowego laboratorium systemów łączności bezprzewodowej dla potrzeb specjalnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej do Środowiskowego laboratorium systemów łączności bezprzewodowej dla potrzeb specjalnych wpłynęły zapytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora nieposiadającego funkcjonalności przemiatania analogowego, natomiast posiadającego funkcjonalność przemiatania w dziedzinach częstotliwości, amplitudy dowolną liczbą punktów od 2 do 65535?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie generatora nieposiadającego funkcjonalności przemiatania analogowego, natomiast posiadającego funkcjonalność przemiatania w dziedzinach częstotliwości, amplitudy dowolną liczbą punktów od 2 do 65535.

Pytanie 2:

Czy związku z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia uzgodnionych zmian w treści umowy zawartej z Wykonawcą dotyczących terminu realizacji oraz przedmiotu umowy spowodowanych wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty (np. pojawienie się nowszej wersji oferowanego urządzenia lub oprogramowania)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczących zakresu umowy.

Okoliczności mogące spowodować zmianę zakresu umowy:

- a) brak dostępności na rynku zaproponowanego modelu urządzenia na skutek wycofania z produkcji,
- b) konieczność dostosowania oprogramowania do nowszej wersji urządzenia


W okolicznościach wyżej wymienionych Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, w którym potwierdzi fakt wycofania urządzenia z produkcji jak również wykaże konieczność

1

dostarczenia nowszej wersji oprogramowania oraz zaproponuje nowe urządzenie o parametrach nie gorszych od urządzenia wcześniej zaoferowanego i nową wersję oprogramowania dla tego urządzenia, w niezmienionej cenie, a zmiana ta zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

DZIEKAN


dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

prof. nadzw. PG

1