

Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/197/008/D/11

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Zamawiający informuje, że w dniu 27-06.11r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Część 2 – dostawa destylarki do oznaczania azotu/białka metodą Kiejdhala

1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o mniejszym poborze mocy, tj 2100W?
Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach : szerokość 385mm x wysokość 780mm x głębokość 416mm?
Zamawiający nie dopuszcza