



POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; Tel: (0-58) 347-10-54; E-mail: pielacha@eti.pg.gda.pl

L.Dz. WETI/3531/2011

Gdańsk, 24.08.2011

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych do Projektu „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe” realizowanego na Politechnice Gdańskiej, nr postępowania CRZP/304/009/D/11, ZP/80/WETI/11.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych do Projektu „Przygotowanie i realizacja kierunku Inżynieria Biomedyczna – studia międzywydziałowe” realizowanego na Politechnice Gdańskiej, CRZP/304/009/D/11, ZP/80/WETI/11 wpłynęły zapytania:

PYTANIE 1

Ad. Lp. 1.7: Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr stacjonarny z zakresem temperatury przechowywania –30 do +50 °C ?

ODOPOWIEDŹ 1

Tak. Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr stacjonarny z zakresem temperatury przechowywania –30 do +50 °C.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



PYTANIE 2

Ad. Lp. 1.8: Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr stacjonarny umożliwiającą minimum 12 godzin nieprzerwanej pracy na akumulatorach?

ODPOWIEDŹ 2

Tak. Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr stacjonarny umożliwiającą minimum 12 godzin nieprzerwanej pracy na akumulatorach.

PYTANIE 3

Paragraf 4 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach:

- nie wykonania naprawy w ciągu 30 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy licząc w dni robocze,
- gdy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu (podzespołu) urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

ODPOWIEDŹ 3

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści umowy.

W związku z zapytaniami Zamawiający dokona zmiany SIWZ oraz przedłuży termin składania i otwarcia ofert.

ZATWIERDZIŁ

DZIEKAN

**dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
prof. nadzw. PG**



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

