

### **Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/308/008/D/11**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę napyłarki, pieca muflowego, wyparki próżniowej, komory rękawicowej.

Zamawiający informuje, że w dniu 21.09.br wpłynęło do Zamawiającego pytania od Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Dla części 2 – Wysokotemperaturowy piec muflowy

Czy Zamawiający pisząc w specyfikacji „możliwość podłączenia gazu ochronnego w procesie wygrzewania” wymaga dostarczenia elementu pozwalającego podłączenia gazu ochronnego w procesie wygrzewania?

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia elementu pozwalającego podłączenia gazu ochronnego w procesie wygrzewania?

Tak. Element umożliwiający podłączenie gazu ochronnego do rury jest konieczny

Czy Zamawiający pisząc w specyfikacji „opcjonalnie: zatyczki do rury z wlotem i wylotem” wymaga dostarczenia zatyczki do rury z wlotem i wylotem? Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia zatyczki do rury z wlotem i wylotem?

Nie. Funkcję zatyczek przejmie element służący do podłączenia gazu ochronnego

Czy Zamawiający pisząc w specyfikacji „opcjonalnie: układ do zasilania gazem” wymaga dostarczenia układu do zasilania gazem? Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia układu do zasilania gazem?

Nie.

W przypadku wymogu dostarczenia układu do zasilania gazem proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga układ ręczny czy automatyczny?

Czy Zamawiający pozwoli na usunięcie ze specyfikacji z wymagań dodatkowych punktu nr 3 dotyczącego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego?

Nie.

Dla części 4 – komora rękawicowa

1. W opisie przedmiotu zamówienia dot. części 4 – komora rękawicowa, Zamawiający wielokrotnie używa określenia „powinna” co oznacza, że teoretycznie dopuszcza się urządzenie nie posiadające danej funkcji/parametru (punkty: 7,8,9,14,15,16,17,18,19,20).

Czy oznacza to, że Zamawiający dopuszcza również urządzenia bez tych funkcji czy też wszystkie parametry/funkcje wyspecyfikowane w punktach od 1 do 21 dot. części 4 są obligatoryjnie wymagane?

Słowo „powinien” jest rozumiane jako „ma być”. np. komora bez kontrolera PLC nie nadaje się do użytku gdyż brak informacji o panującej w środku atmosferze wyklucza przydatność komory. Niemniej teoretycznie może być inne urządzenie do kontroli parametrów pracy komory. To samo się tyczy pozostałych punktów (7, 8, 14-20)

2. Proszę o wskazanie w jakiej formie wykonawcy mają określić czy oferują (lub nie oferują) parametry i funkcje, które są dodatkowo punktowane przez Zamawiającego – czy załączenie tabeli z jednoznacznym określeniem „tak” - w przypadku oferowania danej funkcji lub „nie” – w przypadku braku oferowania danej funkcji, przy opisie danej funkcji / parametru będzie spełniało oczekiwania Zamawiającego?

Jeżeli Państwa komora np. posiada czujnik tlenu suchy (cyrkonowy) to odpowiedź powinna brzmieć tak (waga 5 pkt) jeżeli czujnik jest inny lub go nie ma to nie (0 pkt).

Analogicznie z pozostałymi parametrami.

Czyli jeżeli przedstawią Państwo tabelę z odpowiedziami „tak” lub „nie” to będzie to wystarczało.

3. Proszę o informacje czy w punkcie 6. tabeli „uwagi szczegółowe (parametry i funkcje)” dot. części 4 – Komora rękawicowa do pracy w warunkach bezwodnych i beztlenowych, zamieszczonej na stronie 9 SIWZ , chodzi o wymiary wewnętrzne śluzy dużej ?

**W pkt. 6. tabeli Uwagi szczegółowe chodzi o wymiary wewnętrzne śluzy dużej.**

4. Proszę o informacje czy w punkcie 7. tabeli „uwagi szczegółowe (parametry i funkcje)” dot. części 4 – Komora rękawicowa do pracy w warunkach bezwodnych i beztlenowych, zamieszczonej na stronie 9 SIWZ , chodzi o wymiary wewnętrzne śluzy małej (wymiaru śluzy dużej są już określone w punkcie 6 tabeli) ?

**W pkt. 7. tabeli Uwagi szczegółowe chodzi o wymiary wewnętrzne śluzy małej.**

5. Proszę o informacje czy w punkcie 8. tabeli „uwagi szczegółowe (parametry i funkcje)” dot. części 4 – Komora rękawicowa do pracy w warunkach bezwodnych i beztlenowych, zamieszczonej na stronie 9 SIWZ , chodzi o głębokość wewnętrzną komory ?

**W pkt. 8. tabeli Uwagi szczegółowe chodzi o głębokość wewnętrzną komory.**

6. Proszę o informacje czy w punkcie 9. tabeli „uwagi szczegółowe (parametry i funkcje)” dot. części 4 – Komora rękawicowa do pracy w warunkach bezwodnych i beztlenowych, zamieszczonej na stronie 9 SIWZ , chodzi o wysokość wewnętrzną komory ?

**W pkt. 9. tabeli Uwagi szczegółowe chodzi o wysokość wewnętrzną komory.**

7. Proszę o informację, czy w związku z punktem 5 opisu komory rękawicowej, do oferty przetargowej ma być dołączona dokumentacja producenta (np. folder producenta), potwierdzająca dopuszczalny wyciek gazu z komory (pomiar zgodnie z normą ISO 10648-2) poniżej 0,05% obj./h ?

**Tak. Informacja od producenta w postaci broszury wystarczy.**