

Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/410/008/D/11

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych i biochemicznych, szkła laboratoryjnego i drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów zużywalnych, naczyń sterylnych do hodowli komórkowych

Zamawiający informuje, że w dniu 14.11.11r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

1. Czy zamawiający zamiast pasków LACH-NER o numerze katalogowym 51015-000 zaakceptuje typ/typy dostępne w załączonym pliku pdf.? (część 6, poz. 1)

Odp. Na obecnym etapie prowadzonego postępowania, kiedy nie upłynął jeszcze termin do składania ofert, Zamawiający nie może dokonać oceny dokumentów (certyfikaty produktów) przesłanych wraz z zapytaniem przez Wykonawcę, pod kątem spełniania wymogów stawianych w siwz.

Dokonanie merytorycznej oceny równoważności nie jest możliwe. Taka ocena jest dokonywana przez Zamawiającego po czynności otwarcia ofert, nigdy natomiast na etapie składania ofert przez Wykonawców. W związku z tym, Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak zadane pytania.

2. Jaką pojemność ma Zamawiający na myśli w części 9, poz. 12 (kolba kulista okrągłodenna dwuszyjna, szyjka skośna).

Odp. Kolba o poj. 50 ml

3. Czy nie nastąpiła oczywista pomyłka i Zamawiający faktycznie żąda dostarczenie powyższej kolby z dwoma szlifami 14/23 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza kolbę o szlifie 14/23, 29/32.