

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr ZP 42/WILiŚ/2011, CRZP 427/002/D/11**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów kuwetowych i odczytnika do pomiaru BZT na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2011r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy o brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Zapytanie do SIWZ:

Pozycje nr 17 i 18 tabeli „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Czy Zamawiający miał na myśli dostawę testów do pomiaru ChZT w zakresach 15-150 mg/l oraz 50-300 mg/l? Niestety nie posiadamy w naszej ofercie testów kuwetowych do pomiaru azotu ogólnego w podanych zakresach, które byłyby kompatybilne z wymienionymi przez Zamawiającego spektrometrami Hach Lange, natomiast posiadamy dokładnie takie do pomiaru ChZT.

Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo wpisał do poz. 17 i 18 przedmiotu zamówienia „Azot ogólny” zamiast „ChZT”. Przedmiot zamówienia w pozycjach 17 i 18 obejmuje:

17.	ChZT, zakres pomiarowy 15 – 150 mg/l, metoda: dwuchromianowa, 1 opak.=25 szt. testów	opak.	6
18.	ChZT, zakres pomiarowy 50 – 300 mg/l, metoda: dwuchromianowa, 1 opak.=25 szt. testów	opak.	2

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG
.....
(w imieniu Zamawiającego)