

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr ZP 43/WILiŚ/2011, CRZP 428/002/D/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów kuwetowych na potrzeby projektu „Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków”.

Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2011r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy o brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Zapytanie do SIWZ:

1. pozycja 8 tabeli „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”:
Czy Zamawiający dopuści dostawę testów kuwetowych do oznaczania fosforanów w zakresie **1,6-30,0 mg/l P-PO4** zamiast 1,3 – 30 mg/l P-PO4?
2. pozycja 11 tabeli „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
Czy Zamawiający dopuści dostawę testów kuwetowych do oznaczania ChZT w zakresie **100,00- 2000,00 mg/l** zamiast 1000,0-2000,0 mg/l?

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza dostawę testów kuwetowych do oznaczania fosforanów w zakresie **1,6-30,0 mg/l P-PO4** zamiast 1,3 – 30 mg/l P-PO4.
2. Zamawiający dopuszcza dostawę testów kuwetowych do oznaczania ChZT w zakresie **100,00-2000,00 mg/l** zamiast 1000,0-2000,0 mg/l.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG
.....
(w imieniu Zamawiającego)