

Gdańsk, dnia 09.12.2011r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr ZP 40/WILiŚ/2011, CRZP 444/002/D/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę geotechnicznego sprzętu do badań gruntów na potrzeby projektu DredgDikes realizowanego w ramach South Baltic programme.

Zamawiający informuje, że w dniu 07.09.2011r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

W nawiązaniu do treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne nr ZP 40/WILiŚ/2011, CRZP 444/002/D/11 pragnę przedłożyć następujące pytania:

Dotyczy: Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, załącznik nr 5C:

Automatyczny Ubijak Proctor'a

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na Automatyczny Ubijak Proctor'a bez możliwości badania zgodnie z normą PN EN 13286-2 dla cylindrów i ubijaków A i B?

Elektroniczny pH-Metr do gruntu

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na Elektroniczny pH-Metr do gruntu o zakresie pomiaru temperatury 0-100°C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na Automatyczny Ubijak Proctor'a bez możliwości badania zgodnie z normą PN EN 13286-2 dla cylindrów i ubijaków A i B.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na Elektroniczny pH-Metr do gruntu o zakresie pomiaru temperatury 0-100°C.

Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG

