



Gdańsk, 22.02.2012r.

**ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Numer sprawy: ZP/470/050/D/11

Dotyczy.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 euro na **dostawę mikroskopu- Skaningowy mikroskop elektronowy w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.**

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej uPzp, **Politechnika Gdańska** informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

**Konsorcjum FEI\_Labsoft 01/02/2012**  
**Labsoft: ul. Wantule 12**  
**02-828 Warszawa**  
**FEI: P. O. Box 80066**  
**5600 KA Eindhoven**  
**Building AAE**  
**Achtsweg Noord 5**  
**Holandia**

**Uzasadnienie wyboru:**

**-uzasadnienie prawne:** art. 91 ust. 1 uPzp oraz Kodeks cywilny.

**-uzasadnienie faktyczne:** Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów (85,00 pkt). Za „kryterium cena” oferta uzyskała- 40,00 pkt. za „kryterium przedmiotowe” oferta uzyskała 45,00 pkt. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli:

1. Uni-Export Instruments Polska, Ul. Ludwika Kickiego 4A, 04-369 Warszawa.
2. Konsorcjum FEI\_Labsoft 01/02/2012, Labsoft: u. Wantule 12, 02-828 Warszawa, FEI: P. O. Box 80066, 5600 KA Eindhoven, Building, Achtsweg Noord 5, Holandia.

W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę:

**Uni-Export Instruments Polska**  
**ul. Ludwika Kickiego 4A**  
**04-369 Warszawa**

**Uzasadnienie faktyczne:** Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w **rdz. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 1. Ppkt. 13)** wymagał aby system mikroskopu był wyposażony w dwa 19 calowe monitory LCD. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego złożył Opis urządzeń – według załącznika 7 do SIWZ. Z przedmiotowego dokumentu wynika, iż Wykonawca zaoferował system mikroskopu wyposażony w dwa 22 calowe monitory LCD.

**Uzasadnienie prawne:** Art. 89 ust. 1 pkt 2) uPzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

KANCLERZ  
  
mgr inż. Marek Tłok  
w imieniu Kierownika  
Zamawiającego