

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 17.02.2012r
nr ogłoszenia 39361 -2012 i na stronie internetowej
www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego**

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ DO
POSTĘPOWANIA NR ZP/45/008/D/12**

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielokanałowego systemu do testowania baterii, wysokoobrotowej mikrowirówki wentylowanej, łaźni ultradźwiękowej i łaźni wodnej oraz wag.

Zamawiający informuje, że w dniu 21.02.2012r. oraz 22.02.2012r. wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującym brzmieniu:

Pytanie 1:

Część 4 Waga nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza aby waga zamiast „opuszczanej pokrywy ochronnej” oraz „pierścienia przeciwwietrznego” była wyposażona w szklaną szafkę przeciwpodmuchową z suwanymi drzwiczkami bocznymi i górnymi?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Część 4 waga nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza aby waga posiadała kwadratową szalkę o wymiarze 128x128mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Dot.części 4-waga nr 1, nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby do wagi dostarczyć oprogramowanie do współpracy z komputerem , czy wymagany jest również kabel do podłączenia wagi z komputerem?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z zapisami w siwz do wagi należy dostarczyć oprogramowanie do współpracy z komputerem, wymagany jest również kabel do podłączenia wagi z komputerem.

Pytanie nr 4:

Dot. części 4 waga nr 3

Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną z szalką o średnicy 90 mm?, w SIWZ podano wymiar szalki ok. 10 cm, wagi analityczne nie posiadają takich dużych szalek.

Odpowiedź;

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. stołu wagowego antywibracyjnego

Czy Zamawiający dopuści stół wagowy o wymiarach (dł x szer x wys) 770x 650 x 815mm?

Odpowiedź;

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 5:

Dot. części 4 waga nr 5

1.Czy Zamawiający dopuści wagę o średnicy szalki 120mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

2.Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ opuszczona pokrywa ochronna „ oraz pierścień przeciwwietrzny”?

Odpowiedź:

-Zamawiający pod pojęciem „opuszczana pokrywa ochronna” rozumie możliwość manewru pokrywą, pokrywa ma być zamykana.

-Pierścień w odróżnieniu od szalki umożliwia łatwe dodawanie substancji naważanej od góry nie krępując ruchów naważającego, w przeciwieństwie do szalki przeciwpodmuchowej.

3.Czy Zamawiający dopuści szafkę przeciwpodmuchową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Dot. Części 4 waga nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z max. obciążeniem 2100g?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Dot. Części 4 waga nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o nośności 260g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 8:

Dot. Części 4 waga nr 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o obciążeniu max.81g i 210g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o zakresie tary 210g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o powtarzalności 0,02mg/0,1mg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o liniowości $\pm 0,03\text{mg}/\pm 0,2\text{mg}$?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o średnicy szalki 90mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o czasie stabilizacji 12/5s?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie nr 9:

Dot. Część 4 waga nr 5:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony szklanej przeciwwietrznej, która spełnia rolę pierścienia przeciwwietrznego i pokrywy ochronnej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o zakresie ważenia 410g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o średnicy szalki 120mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.