

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 17.02.2012r
nr ogłoszenia 39361 -2012 i na stronie internetowej
www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego**

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ DO
POSTĘPOWANIA NR ZP/45/008/D/12**

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielokanałowego systemu do testowania baterii, wysokoobrotowej mikrowirówki wentylowanej, łaźni ultradźwiękowej i łaźni wodnej oraz wag.

Zamawiający informuje, że w dniu 23.02.2012r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującym brzmieniu:

Dotyczy: Numer postępowania: ZP/45/008/D/12

Pytanie 1) Część 4 – Waga nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby waga posiadała automatyczną kalibrację wewnętrzną?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami w siwz Zamawiający nie wymaga.