

Pytania dotyczące treści SIWZ do postępowania nr ZP/53/008/D/12

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, plastikowych naczyń sterylnych do hodowli komórkowych

Zamawiający informuje, że w dniu 24.02.12r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia część 5, pozycja 1:
Prosimy o sprecyzowanie, czy zamawiane medium ma zawierać/nie zawierać następujące składniki: HEPES, Phenol Red, pirogronian sodu, fosforany

Odp. Zamawiane medium ma zawierać Phenol Red.

2. Dotyczy przedmiotu zamówienia część 5 pozycja 3:
Prosimy o sprecyzowanie, czy zamawiane medium ma zawierać /nie zawierać Phenol Red.

Odp. Medium ma zawierać Phenol Red.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia posiadał okres gwarancji/przydatności do stosowania nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Z uwagi na niestabilność biologiczną odczynników opisanych w Części 5 zamówienia okres gwarancji deklarowany przez producenta to 12 miesięcy od daty produkcji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na takie warunki gwarancji, jeśli Wykonawca zobowiąże się do dostawy odczynników z minimum 85 maksymalnego okresu gwarancji określonego przez producenta. Uprzejmie informujemy, iż odczynniki są do Państwa dostarczane z zagranicznego magazynu centralnego, który jest uzupełniany sukcesywnie o nowe partie odczynników, w miarę wyczerpania się asortymentu.

Czy Zamawiający zgodzi się na umieszczenie zapisu w umowie: „Wykonawca dostarczy zamawiającemu odczynniki o okresie gwarancji wynoszącym min. 85% maksymalnego okresu gwarancji określonego przez producenta. W przypadku braku odczynników mających 85% maksymalnego okresu gwarancji określonego przez producenta, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowany okres gwarancji lub wydłuży Wykonawcy termin dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu magazynowego o nową partię towaru”. W przypadku braku akceptacji proponowanego zapisu uprzejmie prosimy o zmniejszenie minimalnego czasu gwarancji do 60% maksymalnego okresu gwarancji określonego przez producenta.

Odp. Zamawiający zgodzi się na zmianę w umowie zapisu o gwarancji. Wykonawca zobowiąże się do dostawy odczynników z minimum 85 maksymalnego okresu gwarancji określonego przez producenta.

4. Zamawiający zapisał: „W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na wolny od wad. Wymiana nastąpi w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.”

Ze względu na dostawę odczynników bezpośrednio z magazynów zagranicznych, uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostawy brakującego lub wadliwego asortymentu do 14 dni.

Odp. Zamawiający wyraża zmianę w zapisie umowy.

Zamawiający dokona odpowiednich zmiany treści SWIZ