



Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska

Gdańsk, dnia 28.03.2012 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr ZP 17/WILiŚ/2012, CRZP 80/002/D/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu pomiarowego do metody VT do defektoskopii geometrycznej konstrukcji metalowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE.

Zamawiający informuje, że w dniu 27.03.2012r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy o brzmieniu:

Czy Zamawiający dopuszcza precyzyjny kątownik stalowy 90 stopni o długości ramienia 250 i 400 MM?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza precyzyjny kątownik stalowy 90 stopni o długości ramienia 250 i 400 MM.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

.....
(w imieniu Zamawiającego)