

Gdańsk, dnia 19.09.2012r.

**ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP 41/WILiŚ/2012, CRZP 324/002/D/12**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego i odczynników dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający informuje, że w dniach 17.09.2012r. i 18.09.2012r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Do części A

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 480x510x765 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych wymiarach ze względu na bardzo ograniczoną przestrzeń pracy w dygestorium będącym w dyspozycji Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Do części C, poz. 11-16

Ze względu na wysoką czystość oraz bardzo wysoką cenę żądanych odczynników proszę o podanie nr katalogowych i producentów odczynników dotychczas użytkowanych. W przypadku gdyby było to niemożliwe, proszę o określenie min. zawartości głównego produktu.

Odpowiedź:

Minimalna zawartość głównego produktu dla podanych odczynników wynosi 99,5%, z wyjątkiem chlorku amonu, gdzie dopuszczalna jest zawartość min. 98%.

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Waldemar Magda