



Gdańsk, dnia 20.11.2012 r.

ZP/387/D/050/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „**dostawa defektoskopu w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

1. **Pytanie:** *Czy Zamawiający dopuści defektoskop bez modułu PA, ale posiadający możliwość rozbudowy o taki moduł?*

**Odpowiedź:** Moduł PA jest wymogiem podstawowym. Zaoferowanie modułu PA jest warunkiem koniecznym do spełnienia zapisów SIWZ.


2. **Pytanie:** *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy oraz w usuwaniu wad lub usterek do 100 zł?*

**Odpowiedź:** Zamawiający obniża wysokość kar umownych do 100 zł.

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.**

**Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl) zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp.**

KANCLERZ

  
mgr inż. Marek Tłok

**(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)**