

Gdańsk, 12 listopada 2012

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę aparatury badawczej i pomiarowej oraz sprzętu laboratoryjnego - ZP/401/014/D/12.**

Zamawiający informuje, że w dniu 8 listopada 2012 wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z dnia 25.06.2010 nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytanie.

Pytanie

Czy Zamawiający w punkcie 4 Opisu technicznego dotyczącego części 1 – tj. Sonda prądowa o niskiej pojemności, specyfikując podane parametry techniczne miał na myśli sondę różnicową a nie tak jak napisał sondę prądową ?

Odpowiedź

Tak, dokładnie Zamawiający miał na myśli sondę napięciową różnicową.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe wyjaśnienie, które staje się integralną częścią SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **10.12.2012 o godz. 11:30.**

DZIEKAN
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI



dr hab. inż. Leon Szydrowski, prof. nadzw. PG
(w imieniu Zamawiającego)