



Gdańsk, dnia 21.11.2012 r.

ZP/415/D/050/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „*dostawa Nanointendometru w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej*”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

1. **Pytanie:** *Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które przez wzgląd na istnienie dryfu termicznego, z poziomu oprogramowania poprawia i dostosowuje mierzone wartości aby urealnić otrzymanywane wyniki?*

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuści urządzenia, które przez wzgląd na istnienie dryfu termicznego, z poziomu oprogramowania poprawia i dostosowuje mierzone wartości, aby urealnić otrzymane wyniki. Ewentualny dryf termiczny powinien być niwelowany przez urządzenie, a nie oprogramowanie

2. **Pytanie:** *Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które przed wykonaniem pomiaru wymaga stabilizacji termicznej?*

**Odpowiedź:** Nie. Urządzenie musi być stabilne termicznie i gotowe do pomiaru bez dodatkowego czasu na stabilizację.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

KANCLERZ

(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)