



Gdańsk, dnia 09.01.2013 r.

ZP/454/D/050/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa przyrządów laboratoryjnych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czesc 3. Dwie wagi analityczne o dokladnosci co najmniej 0,1 mg z dostosowanym do nich jednym ukladem do wyznaczania gestosci. Czy Zamawiajacy dopusci wagi z szalka o srednicy 85 mm?

Pytanie 2

Czesc 5. Waga analityczna precyzyjna 100 g. Czy Zamawiajacy dopusci wage z szalka o srednicy 85 mm?

Pytanie 3


Czesc 5. Waga analityczna 200 g. Czy Zamawiajacy dopusci wage z szalka o srednicy 85 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie. Niniejsza odpowiedź stanowi zmianę treści SIWZ.

Powyższa odpowiedź stanowią integralną część SIWZ.

Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp.

**(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)**

KANCLERZ

mgr inż. Marek Tłok