



Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny

Gdańsk, dnia 19.02.2013r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ogłoszenia 62698-2013, data zamieszczenia 14.02.2013r.
i na stronie internetowej
www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego**

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
na sukcesywną dostawę odczynników, akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, akcesoriów i
materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 Series oraz akcesoriów i odczynników do
hodowli tkankowej.**

ZP/54/008/D/13

W dniu 18.02.2013 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Dotyczy Części 1:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Części 1, pozycji 8,9,13, do osobnego pakietu z uwagi na niejednorodność zamawianego asortymentu, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji Części nr 1 z 14 dni od daty zgłoszenia zamówienia do 30 dni od daty zgłoszenia zamówienia? Produkty są sprowadzane spoza granic Polski.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Części 2:

Pytanie 2:

Czy w związku z wycofaniem przez producenta filtrów strzykawkowych nr kat.5185-5830 Zamawiający dopuści zaoferowanie identycznych filtrów strzykawkowych, regenerowanych celulozą, średnica 25mm, średnica porów 0,2 um, pakowane po 100szt. nr kat. 5190-5110 produkcji Agilent Technologies?

Nowy numer katalogowy i nowy sposób pakowania wynika z wprowadzonej przez Agilent Technologies nowej linii do filtracji.

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie postępowania nie może dokonywać oceny ofert, zgodnie z zapisami siwz Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności muszą być o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz zgodnie z zapisami siwz muszą być kompatybilne z urządzeniem w którego posiadaniu jest Zamawiający.