

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 22.04.2013r nr ogłoszenia 157644 - 2013 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę sprzętu laboratoryjnego i przyrządów pomiarowych**

W dniu 26.04.2013 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Część 1:

Dostawa potencjostatów analogowych (8szt.)

Pytania:

1. Czy maksymalne napięcie elektroda pomocnicza – elektroda pracująca (compliance voltage) może wynosić +/- 18V
2. Czy maksymalny prąd wyjściowy (output current) może wynosić 200mA
3. Czy potencjostaty powinny być wyposażone w wyświetlacze cyfrowe Prądu polaryzacji (Ipol) i Potencjału elektrody pracującej (Ewe)

Odpowiedź:

Ad.1

Tak.

Ad.2

Tak.

Ad.3

Tak.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz.