

**Odpowiedzi na pytania dotyczące dostawy urządzeń DSC i TGA,
znak sprawy CRZP/243/008/D/13**

W dniu 27.06 do Zamawiającego wpłynęły zapytania
Zapytanie związane z wagą analityczną, która ma być
zakupiona wraz z aparatem DSC, informuję:

1. Czy zamawiający dopuszcza wagę z szalką zbliżoną do trójkąta o średnicy: 80 mm?

Tak.

2. Czy zamawiający dopuszcza szalkę osadzoną na trzpieniu celi ważącej, a nie system podwieszany typu szalka grill?

Tak.

3. Czy zamawiający dopuszcza wagę z monolityczną celą ważącą?

Tak.

4. Czy zamawiający dopuszcza zakres ważenia: Max =100/220g przy odpowiedniej dokładności odczytu 0,01mg/0,1mg?

Tak.

5. Czy zamawiający dopuszcza wagę o dwóch klawiszach tary dla prawo i leworęcznych użytkowników?

Tak.

6. Czy zamawiający dopuszcza wagę z kalibracją wewnętrzną i z kalibracją automatyczną ISO CAL?

Tak.