

Gdańsk dn. 27.08.2013

Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Dotyczy: postępowania ZP/331/004/D/13 na dostawę kamery termowizyjnej z dodatkowym osprzętem dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu O udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamery termowizyjnej z dodatkowym osprzętem dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej wpłynęło zapytanie:

1. „W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania, uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, kamerę spełniającą i przekraczającą wszystkie wymagania pomiarowe natomiast o innej budowie, powodującej, że kamera jest węższa i niższa, ale o 3,5cm dłuższa od wymaganych 75mm (czyli o długości 110mm).”

Odpowiedź:

Tak, kamera o wymiarach podanych przez składającego zapytanie może być uznana jako rozwiązanie równorzędne spełniające nasze wymagania.

Dziekan Wydziału Mechanicznego
Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek