

Gdańsk dn. 28.08.2013

Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Dotyczy: postępowania ZP/331/004/D/13 na dostawę kamery termowizyjnej z dodatkowym osprzętem dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu O udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamery termowizyjnej z dodatkowym osprzętem dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej wpłynęło zapytanie:

„W związku z postępowaniem nr ZP/331/004/D/13 zwracam się do Państwa z pytaniem:

1. Czy zamawiający dopuści kamerę termowizyjną o wymiarach 211x80x195mm
2. Czy zamawiający dopuści kamerę termowizyjną o wymiarach 175x119x125mm”

Odpowiedź:

na pytanie nr 1, **nie** wymiary są zbyt duże aby można było ją zastosować do naszych celów.

na pytanie nr 2, **tak** kamera o wymiarach podanych przez składającego zapytanie może być uznana jako rozwiązanie równorzędne spełniające nasze wymagania.

Dziekan Wydziału Mechanicznego
Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek